



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista/SP.

Departamento de Saúde.

Diretor Municipal: Romulo Benedito Ferreira Alcantara.

1. INTRODUÇÃO.

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratação e embasar o Termo de Referência, Anteprojeto ou Projeto Básico, conforme previsto no inciso XX, do art. 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A estrutura deste documento baseia-se nas regras dispostas nos §§ 1º e 2º, do art. 18, da Lei Federal nº 14.133/2021. Assim dispõe a Lei Federal:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

...

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - Requisitos da contratação;

- Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021).

A presente contratação justifica-se na necessidade de garantir que os profissionais de saúde possam oferecer um atendimento adequado aos pacientes, contribuindo significativamente para a prevenção de infecções hospitalares.

Além disso, a falta de materiais e equipamentos hospitalares pode levar a atrasos nos procedimentos médicos, aumento do tempo de espera dos pacientes e redução da eficiência operacional das unidades de saúde. Portanto, investir nesta aquisição é crucial para garantir a eficiência no funcionamento dos serviços de saúde.

Também, a disponibilidade de materiais de qualidade reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado aos pacientes. Isso inclui desde a realização de exames precisos até a administração correta de medicamentos, garantindo melhores resultados de saúde para a população atendida.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso III, da Lei 14.133/2021).

Deverão ser contratados fornecedores devidamente autorizados para o fornecimento dos materiais e equipamentos descritos, obedecendo rigorosamente as especificações dos descritivos do Edital.

Os itens a serem adquiridos deverão apresentar padrões indispensáveis de qualidade que obedeçam aos critérios técnicos da ANVISA/INMETRO para garantir segurança no uso destes, no sentido de prevenir riscos à saúde dos profissionais e dos usuários.

4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS (Art. 18, § 1º, inciso V, da Lei 14.133/2021)

Trata-se de registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares e equipamentos



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

destinados ao Departamento Municipal de Saúde, sendo estes materiais de consumo e materiais permanentes comumente comercializados no mercado, existindo diversos fabricantes de produtos que atendem às especificações mínimas exigidas neste ETP.

Para a contratação em tela, foram realizadas pesquisas através de sítios eletrônicos, analisados processos similares realizados por outros órgãos e entidades, e através de pesquisa de mercado, com o objetivo de identificar soluções que melhor atendam às necessidades do Departamento Municipal de Saúde.

Logo, a solução a ser adotada por esta área técnica converge para o Sistema de Registro de Preços. Ademais, a opção pelo Sistema de Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo, o fato da existência de facultatividade na contratação dos produtos e serviços do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos produtos demandados.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, § 1º, inciso VII, da Lei 14.133/2021).

O sucesso do processo licitatório vai viabilizar a prestação de uma assistência à saúde segura e livre de danos, no que diz respeito à disponibilidade de produtos para saúde.

A solução escolhida é simples e única, porque a aquisição de materiais e equipamentos hospitalares é um bem comum e suas características mercadológicas são conhecidas por todos.

A Aquisição parcelada dos itens em tela, através de sistema de Registro de Preços, representada pela sua estrutura organizacional, é a que melhor atende aos interesses e as necessidades desta municipalidade.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021)

ITEM	QUANT	APRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
1	230	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO: 1,4 CM DE LARGURA 0,5 MM DE ESPESSURA EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO.
2	300	UND	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS EMBALAGEM DE 100ML
3	200	UND	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PARA AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO E TUBOS 13MM E 16MM. FLANGE, MARCA GUIA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO A BASE DO ADAPTADOR. REGISTRO ANVISA/M.S.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

4	100	GL	ÁGUA DESTILADA – EMBALAGEM DE 5 LITROS. QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLUVEIS. UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, INODORO E SEM PARTICULAS EM SUSPENSÃO OU EM DEPOSITO. CONSTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE E DATA DE VALIDADE.
5	150	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 30X07, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRÁ, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
6	50	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRÁ, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
7	150	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 06, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRÁ, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
8	70	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRÁ, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
9	150	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 08, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRÁ, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
10	150	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 08, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRÁ, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
11	300	CX	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12, EMBALAGEM INDIVIDUAL INTEGRÁ, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
12	350	CX	AGULHA PARA COLETA MULTIPLA 21G X 1 (0,8 X 25 MM). PRODUTO ESTERIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM TEM QUE ESTAR INTACTA, PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES
13	500	UND	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 500ML, PARA USO EM ANTISSEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL NEUTRALIZANTE, ESSÊNCIA A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO TEOR DE 70%, GLICERINA. ÁGUA, ÓLEO DE AMÊNDOAS, ESPESSANTE, METILPARABENO, AÇÃO BACTERICIDA E HIDRATANTE, FORMA FARMACÉUTICA TIPO GEL, VALIDADE MÍNIMA DE DOIS ANOS- LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA.
14	1.000	UND	ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO
15	50	GL	ÁLCOOL GEL EMBALAGEM DE 5L, PARA USO HOSPITALAR EM ANTISEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL, NEUTRALIZANTE, ESSÊNCIA A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO TEOR DE 70%, GLICERINA, ÁGUA, ÓLEO DE AMÊNDOAS, ESPESSANTE. METILPARABENO, AÇÃO BACTERICIDA E HIDRATANTE, FORMA FARMACÉUTICA TIPO GEL, VALIDADE MÍNIMA DE DOIS ANOS- LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA.
16	250	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO, EMBALAGEM DE 500 GR, EM CAMADAS CONTINUADAS EM FORMA DE ROLO (MANTA). PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO. AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.
17	100	UND	ALMOTOLIA PLÁSTICA NA COR AMBAR COM TAMPÁ 250ML. RESISTENTE A DESINFECÇÃO POR PRODUTOS QUÍMICOS.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

18	12	UND	ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO: DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS: PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA: ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO: ADULTO
19	150	UND	APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS DE AÇO INOX COM FITA LUBRIFICANTE
20	100	UND	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO EM NYLON COM FECHO DE VELCRO E MANGUITO EM PVC, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 01 ANO, CONTENDO NA BRAÇADEIRA; 01 VÁLVULA DE FLAÇÃO; 01 PÊRA; 01 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 01 ESTOJO PARA VIAGEM EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO 0- 300 MMHG; 01
21	10	UND	APARELHO DE PRESSÃO GRANDE (OBESO) EM NYLON COM FECHO DE VELCRO E MANGUITO EM PVC, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO GARANTIA DE 01 ANO, CONTENDO NA EMBALAGEM; 01 MANÔMETRO 300 MMHG; 01 BRAÇADEIRA; 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01 PÊRA; 01 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 01 ESTOJO PARA VIAGEM.
22	12	UND	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL EM NYLON COM FECHO DE VELCRO E MANGUITO EM PVC, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 01 ANO, CONTENDO NA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO 0- 300 MMHG; 01 BRAÇADEIRA; 01 VÁLVULA DE FLAÇÃO; 01 PÊRA; 01 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 01 ESTOJO PARA VIAGEM
23	1.500	UND	ATADURA DE CREPE 06 CM X 1,80 MT (EM REPOUSO). CONSTITUÍDA DE 100% DE ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 6 CM DE LARGURA X 1,80 MT EM REPOUSO, COM ELASTICIDADE MÍNIMA DE 3,0 MT DE COMPRIMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
24	1.500	UND	ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,80 MT (EM REPOUSO). CONSTITUÍDA DE 100% DE ALGODÃO CRU, COM 13 FIOS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 20 CM DE LARGURA X 1,80 MT EM REPOUSO, COM ELASTICIDADE MÍNIMA DE 3,0 MT DE COMPRIMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
25	2.300	UND	ATADURA CREPE 13 FIO 1,80 MTS/ 15CM
26	2.000	UND	ATADURA CREPE 13 FIO/ 1,80 MTS/ 10CM
27	300	UND	ATADURA DE RAYON, MEDIDA 7,5CM X 5 MTS
28	300	UND	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT, GRAMATURA 40, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES
29	100	CX	BANDAGEM (CURATIVO ESTÉRIL) PARA ESTACIONAMENTO DE SANGUE COR: BEGE, CAIXA COM 500 UNIDADES, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

30	20	UND	BOLSA TERMO GEL: EM COM ATIVAÇÃO DE CALOR INSTANTÂNEA, GERADA POR REAÇÃO QUÍMICA, PARA CONTROLE DE HIPOTERMIA, ALIVIO DE; CONTENDO CONTUSÃO E ENTORSES E DORES MUSCULARES, TAMANHO MENOR APROX.19X14X5, DURAÇÃO MÍNIMA 25MIN; O PRODUTO DEVERA OBEDECER à TEMPERATURA DO AQUECIMENTO ENTRE 50°C E 60°C, DEVERÁ SER REUTILIZÁVEL
31	100	UND	BOLSA DE COLOSTOMIA 45MM
32	100	UND	BOLSA DE COLOSTOMIA 57MM
33	100	UND	BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM
34	500	UND	BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA 2LTS
35	20	UND	CABO DE BISTURI Nº3, EM AÇO INOX AUTOLAVÁVEL; COM DIÂMETRO DE REDONDO, NÚMERO 3 PARA LÂMINAS DE 10 A 15; COM 16,5 CM
36	12	UND	CADEIRA DE BANHO/HIGIENICA - MATERIAL DE CONFECCAO ACO ESTRUTURA DE FERRO PINTADO CAPACIDADE DE ATE 150 KG COM COLETOR, APOIO DE BRACO E APOIO DOS PES.
37	100	PCT	CAMPO OPERATÓRIO 23X25, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES
38	30	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 3
39	30	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 4
40	30	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 5
41	30	UND	CANULA DE GUEDEL TAM 0
42	30	UND	CANULA DE GUEDEL TAM 1
43	30	UND	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5
44	30	UND	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0
45	30	UND	CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0
46	30	UND	CANULA ENDOTRAQUENAL Nº 7,5
47	3.000	UND	CATETER INTRAVENOSO 14G
48	3.000	UND	CATETER INTRAVENOSO 16G
49	1.000	UND	CATETER INTRAVENOSO 18G
50	7.000	UND	CATETER INTRAVENOSO 20G
51	10.000	UND	CATETER INTRAVENOSO 22G
52	10.000	UND	CATETER INTRAVENOSO 24G
53	500	UND	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS
54	100	UND	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO
55	300	UND	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, EMBALAGEM DE 100ML
56	500	UND	CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, ANTISSÉPTICO TÓPICO, 100ML
57	500	UND	CLOREXIDINA DERGEMANTE 2%, EMBALAGEM DE 100 ML
58	30	UND	COBERTOR ALUMINIZADO; EM MATERIAL: TIPO LÂMINA DE ALUMINIO; (210 CM COMP. X 140CM LARG.); 0,025MM DE ESPESSURA



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

59	15	UND	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM MODELO STIFNECK, PEÇA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COM FECHO E VELCRO PARA AJUSTE ANATÔMICO, REVESTIDO COM E.V.A.; TAMANHO MÉDIO, PARTE POSTERIOR (NUCA) COM ABERTURA PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; COM PARTE FRONTAL COM ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO E ACESSO À TRAQUEIA; SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS.
60	15	UND	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM MODELO STIFNECK, PEÇA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COM FECHO E VELCRO PARA AJUSTE ANATÔMICO, REVESTIDO COM E.V.A.; TAMANHO GRANDE, PARTE POSTERIOR (NUCA) COM ABERTURA PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; COM PARTE FRONTAL COM ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO E ACESSO À TRAQUEIA; SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS.
61	10	UND	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM MODELO STIFNECK, PEÇA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COM FECHO E VELCRO PARA AJUSTE ANATÔMICO, REVESTIDO COM E.V.A.; TAMANHO PEQUENO, PARTE POSTERIOR (NUCA) COM ABERTURA PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; COM PARTE FRONTAL COM ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO E ACESSO À TRAQUEIA; SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS.
62	15	UND	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM MODELO STIFNECK, PEÇA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COM FECHO E VELCRO PARA AJUSTE ANATÔMICO, REVESTIDO COM E.V.A.; TAMANHO EXTRA GRANDE, PARTE POSTERIOR (NUCA) COM ABERTURA PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; COM PARTE FRONTAL COM ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO E ACESSO À TRAQUEIA; SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS.
63	10	UND	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COLORIDO; TAMANHO INFANTIL; COM ABERTURA NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE, REVESTIDO COM E.V.A.; USO EM SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE ACIDENTE.
64	12	UND	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, TIPO CAIXA DE OVO, DE FORRAÇÃO ORTOPÉDICA, 190CM X 90CM, COM ORIFÍCIOS ANTI-ESCARAS, LAVÁVEL, DE FÁCIL TRANSPORTE, CAPACIDADE: ATÉ 120KG; ALTURA MÁXIMA: 10CM.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

65	6	UND	COLCHAO, PNEUMATICO, COM SISTEMA DE MASSAGEM, INFLAVEL, CONFECCIONADO EM VINIL OU PVC, ATOXICO, LIVRE DE LATEX, RESISTENTE, FLEXIVEL, IMPERMEAVEL, ANTIDSLIZANTE, ANTI ESCARAS, COM NO MINIMO 130 CELULAS, DIMENSOES MINIMAS DE 188 X 89 X 6 CM (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA INFLADO), COM INFLADOR EMBUTIDO E VALVULA PARA RAPIDO ESVAZIAMENTO. CAPACIDADE PARA SUPTORAR NO MINIMO 100 KG. DEVE POSSUIR 01 UNIDADE DE CONTROLE AUTOMATIZADA PARA INFLAR, COM LUZES DE INDICACAO DE FUNCIONAMENTO, BOMBA COM CONTROLE AJUSTAVEL DE PRESSAO, 01 CABO DE FORCA COM COMPRIMENTO MINIMO 1,5 M, KITS PARA REPARO COM COLA. TENSAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A UNIDADE CONTEMPLADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E REEMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE GARANTIA MINIMA DE 1(UM) ANO, REGISTRO NA ANVISA, DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO.
66	700	UND	COLETOR UNIVERSAL; COM CAPACIDADE DE 80 ML; EM TRANSPARENTE CRISTAL (POLIESTIRENO), ESTERIL; TAMPA DE ROSCA COM VEDAÇÃO TOTAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
67	200	UND	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL, EM PLASTICO, C/ADESIVO HIPOALERGICO, ATOXICO, FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS, MODELO PARA AMBOS OS SEXOS, COM ORIFICIO COM FORMATO PIRIFORME, COM PAREDES SOBREPOSTAS, CAPACIDADE DE 100ML, GRADUADO A CADA 10ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE
68	360	UND	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES, INDICADO PARA DESPREZAR TODO O MATERIAL QUE CORTA OU PERFURA, COMO AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, VIDROS, AMPOLAS ENTRE OUTROS. CAPACIDADE: 07 LITROS. COMPOSTO DE PAPEL RESISTENTE E SACO PLÁSTICO RESISTENTE; POSSUI ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE.
69	500	UND	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CAPACIDADE PARA 13 LITROS. CONFECCIONADO EM PAPELAO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, COM ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA.
70	100	UND	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 03 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL
71	6.000	UND	COLETOR UNIVERSAL OPACO 80ML COM PÁ NÃO ESTÉRIL
72	10	UND	COMADRE EM AÇO INOX- FORMATO TIPO PÁ, MEDINDO APROXIMADA-MENTE 40 X 28CM, COM CAPACIDADE PARA 3500ML; SEM GRADUAÇÃO; DE FÁCIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

73	100	PCT	COMPRESSA CIRURGICA; EM TECIDO 100% ALGODAO; COMPRESSA CAMPO OPERATORIO; COM CAMADAS DE GASES FIXADAS ENTRE SI, BOA ABSORCAO, INODORA; NAO DEVE DESPRENDER PARTICULAS, ISENTA DE IMPUREZAS, MANCHAS, ALVEJANTE OPTICO E RESÍDUOS DE AMIDO; BOM ACABAMENTO, COM MARCADOR RADIOPACO, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NA FORMA DE ALCA,; UNIDOS AO CORPO DA COMPRESSA; MEDINDO 25 X 28 CM (MEDIDAS APROXIMADAS PÓS ENCOLHIMENTO), 20 GRAMAS; PRELEVADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE; PACOTE COM 5 UNIDADES.
74	5	PCT	COMPRESSA PARA BANHO; EM TECIDO DE 100% ALGODAO; COM 04 CAMADAS DE TECIDO SOBREPOSTO; COM COSTURA REFORCADA NOS CANTOS; BORDAS BEM ACABADAS, SEM CADARCO; SEM FILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 45 CM; EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES; USO UNICO; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA ATENDER CONFORME LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
75	120	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA; EM FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; NAO ESTERIL; EMBALADO EM PACOTE COM 500 UNIDADES QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER CONFORME LEGISLACAO VIGENTE
76	50	PCT	COMPRESSA CIRURGICA; EM TECIDO DE ALGODAO; COM 04 CAMADAS DE TECIDO; COM COSTURA REFORCADA NOS CANTOS; BORDAS BEM ACABADAS COM CADARCO C/30CM DE COMPRIMENTO, EM UMA EXTREMIDADE; SEM ELEMENTO RADIOPACO EM TODA A EXTENSAO DO CORPO DA COMPRESSA; MEDINDO 45 X 50CM; REUSAVEL; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR14767 PACOTE COM 50 UNIDADES
77	20.000	UND	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 09 FIOS, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.
78	50	UND	CONJUNTO PARA INALAÇÃO ADULTO OXIGENIO
79	5	UND	CORTADOR DE COMPRIMIDOS
80	150	CX	CURATIVO REDONDO ESTÉRIL, ANTI-ALÉRGICO, ESTAMPAS DIVERTIDAS, PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS COLETA, FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO, DIÂMETRO: 25 MM, COM REGISTRO DO MS, DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 UNIDADES



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

81	200	UND	DETERGENTE ENZIMÁTICO A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM MATÉRIAS MÉDICO- HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS. DEVERA POSSUIR REGISTRO E LAUDO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO. EMBALAGEM DE 1.000ML.
82	1.000	UND	DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA; COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA; BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO; IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COM PERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXTENSAO; EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE; CALIBRE 19G,ATOXICO,ESTERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE
83	1.500	UND	DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA; COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA; BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANEMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO; IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COM PERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXTENSAO; EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE; CALIBRE 21G,ATOXICO,ESTERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE
84	3.000	UND	DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA; COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA; BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO; IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COM PERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXTENSAO; EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE; CALIBRE 23G,ATOXICO,ESTERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

			MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE
85	700	UND	DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA; COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA; BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO; IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COM PERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXTENSAO; EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE; CALIBRE 25G, ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE
86	500	UND	DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS.
87	15.000	UND	ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITORIZACAO CARDIACA CONTINUA, COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR, CONFECCIONADO COM DORSO DE ESPUMA/ EMBORRACHADO, COM FACE INFERIOR ADESIVA HIPOALERGENICA PROTEGIDA, COM PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA, COM GEL CONDUTOR SOLIDO, TAMANHO ADULTO, EMBALADO EM SACO ALUMINIZADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE
88	8.000	UND	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL
89	2.500	UND	EQUIPO P/ ADM DE DIETA ENTERAL
90	10	UND	ESCADA 2 DEGRAUS; MATERIAIS DA ESTRUTURA: AÇO; QUANTIDADE DE DEGRAUS 2; ALTURA MÁXIMA DA ESCADA 45 CM; LARGURA DA ESCADA 35 CM; SUPORTA ATÉ 130 KG; TAPETE ANTI DERRAPANTE; PÉS EMBORRACHADOS QUE NÃO ESCORREGAM NO PISO.
91	1.000	UND	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL
92	15	UND	ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL CONTENDO: TUBO TRANSPARENTE, DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS, 1 ADULTO E 1 INFANTIL. VÁLVULA DUPLA E QUE SEJA COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL.
93	500	UND	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MEDINDO 10CM DE LARGURA X 4,5M DE COMPRIMENTO, COR BRANCO, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, RESISTENTE COM CAMADA ADESIVA D EBOA ADERENCIA E QUALIDADE, NATURAL E VERNIZ IMPERMEABILIZANTE, FACIL CORTE MANUAL ISENTO DE SUBSTANCIA ALERGICA. ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

			CAPA PROTETORA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE
94	30	PCT	ESPÁTULA DE AYRE, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: MADEIRA. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, N. DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E Nº DO LOTE, PRAZO DE VENCIMENTO.
95	1.500	UND	ESPECULO VAGINAL, TAMANHO G, ESTERIL, SEM LUBRIFICAÇÃO COM BORDAS ATRAUMATICAS COM DUAS VALVULAS ARTICULADAS QUE SE AFASTAM PELO ROSQUEADOR DE UM PARAFUSO, COM ABERTURA SUAVE, MILIMETRADA, SEM RUIDOS, COM SEGURANÇA PARA PROFISSIONAL E CLIENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICI-ENTE QUE GARANTA A INTREGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDI EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NR DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
96	2.000	UND	ESPECULO VAGINAL, TAMANHO M, ESTERIL, SEM LUBRIFICAÇÃO COM BORDAS ATRAUMATICAS COM DUAS VALVULAS ARTICULADAS QUE SE AFASTAM PELO ROSQUEADOR DE UM PARAFUSO, COM ABERTURA SUAVE, MILIMETRADA, SEM RUIDOS, COM SEGURANÇA PARA PROFISSIONAL E CLIENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICI-ENTE QUE GARANTA A INTREGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDI EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NR DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COMPRIMENTO MÁXIMO 111MM E LARGURA MÁXIMA DE 35MM.
97	1.500	UND	ESPECULO VAGINAL, TAMANHO P, ESTERIL, SEM LUBRIFICAÇÃO COM BORDAS ATRAUMATICAS COM DUAS VALVULAS ARTICULADAS QUE SE AFASTAM PELO ROSQUEADOR DE UM PARAFUSO, COM ABERTURA SUAVE, MILIMETRADA, SEM RUIDOS, COM SEGURANÇA PARA PROFISSIONAL E CLIENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICI-ENTE QUE GARANTA A INTREGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDI EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NR DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.COMPRIMENTO MÁXIMO 107MM E LARGURA MÁXIMA DE 28MM



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

98	24	CX	FIO NYLON 5.0 (SUTURA) 2.0CM, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.
99	24	CX	FIO NYLON 6.0 (SUTURA) 2.0CM, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES
100	12	CX	FIO NYLON N. 4-0 COM AGULHA 2.0CM 3/8, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES
101	10	CX	FIO CATGUT SIMPLES Nº 3.0 COMPRIMENTO DO FIO 75CM, COM AGULHA 2,0CM CURVA 3/8 PONTA R, ESTÉRIL, EMBALADOS EM ENVELOPE EM PAPEL RÍGIDO, CONSTANDO TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REEMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DO PRODUTO.
102	10	CX	FIO DE SUTURA CATGUT 4-0 FIO CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA, FIO CIRURGICO, ABSORVIVEL DE ORIGEM ANIMAL, MONOFILAMENTO, DIAMETRO 4-0, 75CM. EMBALADO EM CAIXA COM 24 ENVELOPES, ESTERIL DE PROCEDENCIA NACIONAL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
103	24	CX	FIO NYLON 3-0, COM AGULHA 2.0CM, 3/8, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES
104	12	CX	FIO NYLON N 2-0, COM AGULHA 2,0, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES
105	300	UND	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 CM X 50 METROS- EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, EMBALADA UMA A UMA EM ROLO DE PAPEL RÍGIDO E REEMBALADO EM INOVOLUCRO APROPRIADO A CONSERVAÇÃO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, ACONDICIONADA CONFORME EXIGÊNCIAS SANITÁRIA
106	1.000	UND	FITA ADESIVA CIRURGICA HI-POALERGICA, DE 25 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUIDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANÇADO, POROSO, SUPERFICIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ETER SINTETICO, EMBALAGEM DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA PROTETORA, COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERENCIA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.
107	1.000	UND	FITA ADESIVA CIRURGICA HI-POALERGICA, DE 50 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUIDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANÇADO, POROSO, SUPERFICIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ETER SINTETICO, EMBALAGEM DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA PROTETORA, COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERENCIA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.
108	60	UND	FIXADOR DE LÂMINA, EMBALAGEM DE 100ML



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

109	30	UND	FLUXOMETRO ESPECÍFICO PARA AR COMPRIMIDO, CORPO DE METAL CROMADO, COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN, COMPRIMENTO DA ESCALA APROXIMADA DE 150MM, BRILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, ROSCAS EM NYLON VERDE CONFORME NORMA NBR 254.
110	3.000	UND	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML
111	200	UND	GARROTE PARA COLETA EM TECIDO ELÁSTICO; COM TRAVA DE PVC E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
112	50	UND	GEL P/ ECG, EMBALAGEM DE 100 GR AZUL
113	50	GL	GEL P/ULTRASSON, EMBALAGEM DE 5000 ML
114	60	CX	HASTES FLEXÍVEIS - PRODUZIDAS COM HASTES DE POLIPROPILENO FLEXÍVEIS E FIBRAS DE PURO ALGODÃO HIDRÓFILO, TRATAMENTO BACTERICIDAS QUE MANTÉM LIVRE DE CONTAMINAÇÕES SÃO INDICADAS PARA OS MAIS DIVERSOS USO. CAIXA COM 75 UNDADES.
115	50	GL	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, E N. DO LOTE.
116	300	UND	INDICADOR BIOLÓGICO, EMBALAGEM CONTENDO 10 FRASCOS PLÁSTICOS.
117	500	UND	LÂMINA BISTURI Nº 12
118	500	UND	LÂMINA BISTURI Nº 15
119	50	CX	LÂMINA MICROSCÓPIA FOSCA NÃO LAPIDADA 26X76 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES
120	500	UND	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 INDICADA PARA INCISÕES DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS. "LÂMINAS PARA BISTURI FABRICADAS EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADO EM CARBONO A PARTIR DE FITA CIRURGICA SF100, COM 0,015" DE ESPESSURA (0,40MM). A COMPOSIÇÃO DO AÇO SUGUE AS NORMAS ISSO 7153, ISSO 7740, BS 5194E DPSC DOS EUA. RIGIDEZ DE LÂMINA MAIOR QUE 700 H.V (ESCALA VICKERS). ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA (COBALTO 60) COM DOSE MÍNIMA DE 25KG Y (2,5M/REDS). VALIDADE DE 5 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA INTACTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, N. DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E N. DO LOTE, PRAZO DE VENCIMENTO
121	30	UND	LANTERNA CLÍNICA
122	500	RL	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM 100% CELULOSE VIRGEM, FIBRAS LONGAS, GRAMATURA DE 30 A 32G, RESISTENTE, UNIFORME; NA COR BRANCA; MEDINDO 50CM X 50M, COM PICOTE A CADA 40CM A 60CM; INVOLUCRO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

123	500	RL	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM CELULOSE COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; GRAMATURA DE NO MINIMO 30 G/M2; NA COR BRANCA; MEDINDO 70 CM X 50 M; COM PICOTE A CADA 60 CM APROXIMADAMENTE; INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
124	150	FR	LIDOCAINA INJETAVEL 2% SEM VASO, FRASCO 20 ML EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, Nº DE REGISTRO NA ANVISA E Nº DO LOTE, PRAZO DE VENCIMENTO.
125	150	UND	LIDOCAINA GEL 2%, EMBALAGEM DE 30G.
126	100	FR	LIDOCAINA INJETAVEL 2% COM VASO, FRASCO DE 20 ML
127	200	PR	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5 (PADRÃO NACIONAL BRASILEIRO), CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, FORMATO ANATOMICA, ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, HIPOALERGENICA, ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E PRAZO, VALIDADE, RGMS. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
128	100	PR	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 (PADRÃO NACIONAL BRASILEIRO), CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, FORMATO ANATOMICA, ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, HIPOALERGENICA, ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E PRAZO, VALIDADE, RGMS. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
129	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAMANHO M, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
130	150	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAMANHO P, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
131	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAMANHO PP, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
132	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ, TAMANHO G, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
133	250	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (G), AMBIDESTRA, NÃO ESTERIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

			DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
134	450	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (P), AMBIDESTRA, NÃO ESTERIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
135	200	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP (PP), AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
136	100	PR	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 (PADRÃO NACIONAL BRASILEIRO), CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, FORMATO ANATOMICA, ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, HIPOALERGENICA, ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E PRAZO, VALIDADE, RGMS. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
137	150	PR	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N. 8,0 (PADRÃO NACIONAL BRASILEIRO), CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, FORMATO ANATOMINCA, ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, HIPOALERGENICA, ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA TIPO ESTERILIZAÇÃO E PRAZO, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

138	20	PR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5(PADRÃO NACIONAL BRASILEIRO), CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, HIPOALERGÊNICO, ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E PRAZO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
139	300	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA (M), AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
140	60	UND	MALHA TUBULAR 10CM X 15M CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO 100%, ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL COM ENROLAMENTO UNIFORME, ALTA RESISTÊNCIA.
141	5	UND	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO REF.: 004725 MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. É INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. - MÁSCARA COM RESERVATÓRIO; - MODELO: INFANTIL; - NÃO ESTÉRIL
142	500	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVÉL DUPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES DUPLA FACE, DE BOA QUALIDADE, DE FORMATO RETANGULAR COM 03 PREGAS HORIZONTAIS , CONFORTÁVEL ANATOMICAMENTE, CONSTITUÍDA POR 3 CAMADAS, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) ISENTO DE FIBRAS DE VIDRO, QUE PROPORCIONA SUPERIOR A 99%, DOTADA DE CLIP NASAL FEITO DE ALUMÍNIO LEVE TEMPERADO QUE SE AMOLDA A FACE, OFERECE PROTEÇÃO DO USUÁRIO, COM FILTRO ANTI EMBAÇAMENTO, AMORTECE O CONTATO COM O NARIZ E FORMA UMA BOLSA QUE VEDA O AR AQUECIDO ESCAPADO, REDUZINDO O EMBAÇAMENTO DOS ÓCULOS E MICROSCOPIOS. EMBALAGEM DEVENDO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
143	5	UND	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO. É INDICADA PARA PACIENTES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO, ACIMA DE 8 LITROS POR MINUTO. DESTINA-SE A ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR A



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

			INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E A APNEIA OBSTRUTIVA. - MODELO ADULTO; - COM TUBO DE O2 COM 2,10M; - COM RESERVATÓRIO; - NÃO ESTÉRIL
144	7.000	UND	MASCARA KN 95
145	70	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPI ÓCULOS EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE E AJUSTAVEL
146	30	UND	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE 2.5V DE LED, FIBRA ÓPTICA, COM REOSTATO PARA O CONTROLE DA LUZ, LENTE DE AUMENTO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA, COM NO MÍNIMO 05 ESPÉCULOS AURICULARES AUTOLAVÁVEIS, COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO
147	200	UND	OXIMETRO DE DEDO ADULTO
148	30	UND	OXIMETRO INFANTIL
149	10	UND	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL; UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO; AUXÍLIO ÀS PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 26 X 13 CM; CAPACIDADE: 1 L.
150	1.000	PCT	PAPEL TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA INSTITUCIONAL CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 02, NA COR BRANCA, ALVURA ISSO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10MM2/M2, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90. EMBALAGEM CONTENDO 1000 FOLHAS.
151	30	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CMX 100M C/ REGISTRO ANVISA E POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO C/ GRAMATURA DE 60 G/M2, COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, C/INDICADOR QUÍMICO P/ OXIDO DE ETILENO E VAPOR.
152	25	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M C/ REGISTRO ANVISA E POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO C/ GRAMATURA DE 60 G/M2, COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, C/INDICADOR QUÍMICO P/ OXIDO DE ETILENO E VAPOR.
153	25	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MINIMA 9MM C/IMPRESSAO DE INDICADORES DE ESTERILIZACAO; COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCA E OUTRA EM PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE; PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; MEDINDO 200MM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M² A 80G/M²; EMBALAGEM HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS CONF NBR 14990



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

154	30	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MINIMA 9MM C/IMPRESSAO DE INDICADORES DE ESTERILIZACAO; COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCA E OUTRA EMPLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE; PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; MEDINDO 250MM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M² A 80G/M²; EMBALAGEM HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS CONF NBR 14990
155	30	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MINIMA 9MM C/IMPRESSAO DE INDICADORES DE ESTERILIZACAO; COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO E OUTRA EM PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE; PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; MEDINDO 10CM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M² A 80G/M²; EMBALAGEM HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS CONF. NBR 14990
156	30	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MINIMA 9MM C/IMPRESSAO DE INDICADORES E IDENTIFICADORES DE ESTERILIZACAO; COM POLIPROPILENO UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO E OUTRA EM PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE; PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; MEDINDO 15CM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M² A 80G/M², EMBALAGEM HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS; EMB. HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS CONF NBR 14990
157	15	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO; RESISTENTE A FORCA MECANICA, BARREIRA MICROBIOLOGICA E CONTROLE DE POROSIDADE P/MANUTENCAO DA ESTERILIDADE; ATOXICO; COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTE, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; PARA PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, OXIDO DE ETILENO E FORMALDEIDO; MEDINDO 5CM X 100METROS 70G/M2; DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
158	50	UND	PAPEL TERMOSENSIVEL ECG 216X30M
159	30	UND	PILHA CR2032 3V
160	10	UND	PINCA CHERON; EM ACO INOX AISI 400; COM PONTA SERRILHADA; COM COMPRIMENTO DE 25CM
161	10	UND	PINCA KELLY; EM ACO INOX AISI 400; COM FORMA RETA; COM COMPRIMENTO DE 14 CM
162	15	UND	PINCA KELLY; EM ACO INOX AISI 420, ENISO 1,4021; COM FORMA CURVA (HEMOSTATICO); COM COMPRIMENTO DE 140MM



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

163	10	UND	PINCA ALLIS; EM ACO INOX; COM FORMA DENTE 5 X 6; COM COMPRIMENTO DE 15 CM
164	5	UND	PINCA DENTE DE RATO; EM ACO INOXIDAVEL; COM PONTA PARA DISSECCAO; COM COMPRIMENTO DE 14 CM
165	10	UND	PINCA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO; EM ACO INOX; COM DENTE COM PONTA SERRILHADA, DELICADA; COM COMPRIMENTO DE 15CM
166	100	UND	PINCA POZZI; EM ACO INOX AISI 400; COM FORMA GARRA; COM COMPRIMENTO DE 25CM
167	100	UND	PLACA P/ BOLSA COLOSTOMIA 45MM
168	100	UND	PLACA P/ BOLSA COLOSTOMIA 70MM
169	432	UND	PRESERVATIVO MASCULINO EM LÁTEX - SEM LUBRIFICANTE - CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VULCANIZADO, NÃO LUBRIFICADO, LISO, OPACO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ACABADA EM FORMATO DE BAINHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL. ISENTO DE BOLHAS, FALHAS, RASGOS, FUROS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO. LARGURA NOMINAL APROXIMADA 52MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, PARA USO EM EXAMES INTERNOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERÁ APRESENTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
170	500	UND	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA LACTANTES, GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA; FRASCO DE 100ML EM SPRAY
171	3	UND	RESSUSCITADOR MANUAL; CONFECCIONADO EM SILICONE; COMPOSTO POR 1 BALAO AUTO INFLAVEL, VOLUME DE 1600 LITROS, 1 VALVULA DE ENTRADA DE AR COM CONECTOR PARA OXIGENIO; E TUBO RESERVATORIO EM SILICONE, SISTEMA DE FLUXOUNIDIRECIONAL C/ VALVULA DE SEGURANCA DE 60CM/H2O; ADULTO; ACOMPANHADO DE 1 MASCARA COM COXIM INFLAVEL DE SILICONE E VALVULA DE AJUSTE, SILICONADA; 1 EXTENSAO E 1 RESERVATORIO DE SILICONE COM CAPACIDADE DE 2L A 2,5L; AUTOCLAVAVEL; EMBALADO EM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; OBEDECENDO A LEGISLACAO VIGENTE.
172	3	UND	RESSUSCITADOR MANUAL; CONFECCIONADO EM SILICONE; COMPOSTO POR 1 BALAO AUTO INFLAVEL, VOLUME DE 280 ML, 1 VALVULA DE ENTRADA DE AR COM CONECTOR PARA OXIGENIO; E TUBO RESERVATORIO EM SILICONE, SISTEMA DE FLUXOUNIDIRECIONAL C/ VALVULA DE SEGURANCA DE 40CM/H2O; NEONATAL; ACOMPANHADO DE 1 MASCARA PARA RN DE SILICONE E VALVULA DE AJUSTE, SILICONADA; 1 EXTENSAO E 1 RESERVATORIO DE SILICONE COM CAPACIDADE DE 600ML; AUTOCLAVAVEL; EMBALADO EM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; OBEDECENDO A LEGISLACAO VIGENTE



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

173	3	UND	RESSUSCITADOR MANUAL; CONFECCIONADO EM SILICONE; COMPOSTO POR 1 BALAO AUTO INFLAVEL, VOLUME DE 500 ML, 1 VALVULA DE ENTRADA DE AR COM CONECTOR PARA OXIGENIO; E TUBO RESERVATORIO EM SILICONE, SISTEMA DE FLUXOUNIDIRECIONAL C/ VALVULA DE SEGURANCA DE 40CM/H2O; INFANTIL; ACOMPANHADO DE 1 MASCARA COM COXIM IN FLAVEL DE SILICONE E VALVULA DE AJUSTE, SILICONADA; 1 EXTENSAO E 1 RESERVATORIO DE SILICONE COM CAPACIDADE DE 1000ML; AUTOCLAVAVEL; EMBALADO EM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; OBEDECENDO A LEGISLACAO VIGENTE
174	70	GL	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, HIDRATANTE E ANTISSÉPTICO: COM PROPRIEDADES UMECTANTES, DISPERSANTE, EMULSIONANTES. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO PEROLADO, COR: BRANCO PH A 1,0%: 7,02 + / - 0,5, DENSIDADE: 20C: 1,030 G/CM3 + / - 0,02% SUBSTÂNCIA ATIVA CATIONICA: 5,0% + / - 1,0% SUBSTÂNCIA ATIVA ANTISÉPTICA 0,2% +/- 0,001, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SEQUESTRANTE E IGARZAN OU TRICOZAN (AGENTE ANTISSÉPTICO). EMBALAGEM: 5.000ML
175	1.500	UND	SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUADA DE 0,1 EM 0,1; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 01ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA ATENDER LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
176	10.000	UND	SERINGA DESCART. 3 ML SEM AGULHA SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DE SEGURANÇA, COM BICO LUER LOCK, ESCALA COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL COM NÚMEROS LEGÍVEIS E INALTERADOS ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO, ÊMBOLO COM ROLHA DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSÉPTICA
177	7.000	UND	SERINGA 5 ML, DESCARTAVEL DE PLASTICO, ESTERIL, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO CENTRAL E LUER LOCK, CILINDRO, TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ SER COMPATIVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, FLANGE RECORTADA ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

			TERMOPLASTICO COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E ESTERILIDADE.
178	5.000	UND	SERINGA 10 ML, DESCARTAVEL, DE PLASTICO, ESTERIL, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO CENTRAL E LUER LOCK, CILINDRO TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, FLANGE RECORTADA ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E ESTERILIDADE
179	5.000	UND	SERINGA 20 ML, DESCARTAVEL, DE PLASTICO, ESTERIL, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO CENTRAL E LUER LOCK, CILINDRO TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, FLANGE RECORTADA ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E ESTERILIDADE.
180	10.000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 01 ML COM AGULHA 0,30 X 8MM
181	12	UND	SOLUÇÃO A BASE DE ÉTER 35% 1000 ML
182	1.000	UND	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12% 500ML
183	100	UND	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 5% 250ML INJETAVEL (BOLSA)
184	150	UND	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 5% 500ML INJETAVEL (BOLSA)
185	30	UND	SONDA FOLEY; EM 100% SILICONE, TRANSPARENTE; LUBRIFICACAO HOMOGENEA; ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICA, APIROGENICA; COM BALAO DE 5-10ML, COM VALVULA TIPO LUER; COM 2 VIAS, CALIBRE NUMERO 14, PONTA COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLACAO VIGENTE



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

186	30	UND	SONDA FOLEY; EM 100% SILICONE, TRANSPARENTE; LUBRIFICACAO HOMOGENEA; ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICA, APIROGENICA; COM BALAO DE 5-10ML, COM VALVULA TIPO LUER; COM 2 VIAS, CALIBRE NUMERO 16, PONTA COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLACAO VIGENTE
187	30	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, EM TUBO VINILICO INCOLOR, FLEXIVEL, ESTERIL, ATRAUMATICA, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA E EXTREMIDADE COM ORIFÍCIOS QUE FACILITEM A SUCCÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. LOTE, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE. REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.
188	30	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 10 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
189	30	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 12 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
190	30	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 14 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
191	50	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 16 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
192	50	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 18 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
193	30	UND	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N 18
194	25	UND	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR COM BALÃO DE 20 ML
195	30	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,5 MM
196	30	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N. 3,0
197	30	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N. 5.5
198	30	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N.7.5
199	30	UND	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N.8
200	30	UND	SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA Nº 12
201	30	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 20 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.
202	10	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 4 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

203	10	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 6 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
204	10	UND	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL, Nº 8 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONIZADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
205	50	UND	SONDA NASOGASTRICA LONGA 22
206	50	UND	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12
207	20	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTAVEL CALIBRE 04, EM TUDO VINILICO INOCOLOR, FLEXIVEL, ESTERIL
208	5	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTAVEL CALIBRE 06, EM TUDO VINILICO INOCOLOR, FLEXIVEL, ESTERIL
209	20	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 08, CONFECCIONADO EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, FORMATO CILÍNDRICO, RETO, COM 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL, PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSIÇÃO DIFERENTE, NO MESMO NÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.
210	30	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 10, CONFECCIONADO EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, FORMATO CILÍNDRICO, RETO, COM 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL, PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSIÇÃO DIFERENTE, NO MESMO NÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.
211	50	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 12, CONFECCIONADO EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, FORMATO CILÍNDRICO, RETO COM 50 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL, PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSIÇÃO, NO MESMO NÍVEL, PRÓXIMO DA PONTA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.
212	100	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 14, CONFECCIONADO EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE, ADEQUADA, FORMATO CILÍNDRICO, RETO, COM 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL, PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSIÇÃO, NO MESMO NÍVEL, PRÓXIMO DA PONTA, ESTÉRIL. AMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

213	50	UND	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 16, CONFECCIONADO EM PVC, INCOLOR, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, FORMATO CILÍNDRICO, RETO, COM 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL, PONTA ARREDONDADA, COM ORIFÍCIO CENTRAL E DOIS LATERAIS EM OPOSIÇÃO DIFERENTE, NO MESMO NÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO.
214	50	UND	SONDA URETRAL DE ALIVIO N.12
215	50	UND	SONDA URETRAL Nº 12
216	50	UND	SONDA URETRAL Nº 14
217	50	UND	SONDA URETRAL Nº 16
218	100	UND	SONDA URETRAL Nº 18
219	50	UND	SONDA URETRAL Nº 6
220	50	UND	SONDA URETRAL Nº 8
221	200	UND	SORO 100ML COM GOTEJADOR
222	5.000	UND	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML INJETAVEL (BOLSA)
223	1.500	UND	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML. INJETAVEL (BOLSA)
224	5.000	UND	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML. INJETAVEL (BOLSA)
225	3.000	UND	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML. INJETAVEL (BOLSA)
226	150	UND	SORO GLICOSADO 5% 250 ML
227	100	UND	SORO GLICOSADO 5% 500 ML
228	500	UND	SORO RINGER LACTATO 250 ML INJETAVEL (BOLSA)
229	100	UND	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO (G); TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALLEAVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEAVEL COM RESISTENCIA AO ALCOOL, SABAO E CLORO
230	100	UND	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO (M); TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALLEAVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEAVEL COM RESISTENCIA AO ALCOOL, SABAO E CLORO
231	100	UND	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO (P); TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALLEAVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEAVEL COM RESISTENCIA AO ALCOOL, SABAO E CLORO
232	100	UND	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO (GG); TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALLEAVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEAVEL COM RESISTENCIA AO ALCOOL, SABAO E CLORO
233	100	UND	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO (PP); TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALLEAVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEAVEL COM RESISTENCIA AO ALCOOL, SABAO E CLORO



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

234	50	UND	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO LCD PORTÁTIL/ SEM CONTATO COM MEDIDOR DE TEMPERATURA
235	10	UND	TESOURA CIRURGICA ROMBA-ROMBA; EM ACO INOX AISI 420; COM FORMA RETA; COM COMPRIMENTO DE 15 CM
236	10	UND	TESOURA CIRURGICA FINA-FINA; EM ACO INOXIDAVEL; COM FORMA CURVA; COM COMPRIMENTO DE 15CM
237	1.000	UND	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA
238	300	UND	TORNEIRINHA DESC 03 VIAS LUER LOCK
239	150	PCT	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
240	5	CX	TUBO PARA COLETA CINZA P/ GLICEMIA 4ML, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
241	5	CX	TUBO PARA COLETA ROXO P/ HEMOGRAMA 4ML, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
242	5	CX	TUBO DE COLETA VERMELHO COM ATIVADOR DE COÁGULO PARA SOROLOGIA 4ML, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
243	10	UND	VASELINA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 1.000 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE DO PRODUTO

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro o consumo médio mensal dos produtos durante o ano de 2023 e variação de demanda nas unidades destinadas. Desta forma, estima-se para atendimento de necessidade dos itens acima em 12 meses.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei 14.133/2021)

O valor estimado para a aquisição dos itens é de R\$ 824.022,41 (oitocentos e vinte e quatro mil vinte e dois reais e quarenta e um centavos) de acordo com a média de estimativa de preços, realizada através de cotações junto a sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, art. 23, §1º, III da lei 14.133/2021 (Banco de dados Fonte de Preços). Os valores obtidos para esta contratação correspondem efetivamente aos preços praticados por outros órgãos públicos, conforme demonstrado em relatório anexo emitido pela plataforma objeto da cotação.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso VIII, da Lei 14.133/2021)

8.1. Destarte, salientamos que todos os materiais relacionados no item 6.1 do presente ETP comumente classificam-se como “materiais hospitalares”.

8.2. No entanto, ainda que existem semelhanças mercadológicas, ao analisarmos individualmente verificamos características e peculiaridades distintas, as quais impossibilitam que sejam agrupados em um único lote de disputa.

8.3. Nesse sentido, disserta o Tribunal de Contas da União através da Súmula nº 247 a respeito da divisibilidade dos itens em processos licitatórios:



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.

8.4. Por isso, em atenção aos fatores acima relacionados, concluímos que é indispensável a adjudicação do objeto levando em consideração o MENOR PREÇO POR ITEM ofertado durante a disputa de lances, objetivamente maior competitividade e economicidade para o erário público, bem como atender as orientações dos órgãos fiscalizadores.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, § 1º, inciso XI, da Lei 14.133/2021)

Não se faz necessário à realização de contratação correlatas e/ou interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda.

10. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, § 1º, inciso II, da Lei 14.133/2021)

A Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 (Lei Municipal nº 1015/2023) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS (Art. 18, § 1º, inciso IX, da Lei 14.133/2021)

Com a pretensa aquisição, o objetivo é a disponibilização de materiais médico-hospitalares aos profissionais das unidades de saúde, para a perfeita operacionalização da assistência à população do município, em toda sua linha de cuidado, garantindo, assim, a integralidade da assistência, proteção da saúde, prevenção, controle de riscos e agravos, promoção e recuperação, onde os materiais e equipamentos possuem grande impacto nas estratégias de resolutividade de cuidados à saúde.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, § 1º, inciso X, da Lei 14.133/2021)

Por se tratar de aquisição que acontece anualmente, não se faz necessária nenhuma adequação.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, § 1º, inciso XII, da Lei 14.133/2021)

A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deve ser observado o seguinte requisito:

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021)

Após a análise dos dados e informações coletadas, do histórico do órgão, do tipo de solução escolhida (REGISTRO DE PREÇOS), pelos motivos explicitados, é possível afirmar que a contratação que se pretende, É VIÁVEL e adequada para o Órgão.

Campos Novos Paulista/SP, 05 de abril de 2024.

Romulo Benedito Ferreira Alcantara
Diretor Municipal de Saúde
Responsável pela demanda